

## 過去の血液検査に関する不具合についてお詫びとお知らせ

この度、血液検査を行っている外部委託業者より連絡がありましたのでお知らせさせていただきます。検査に用いる機器の消耗品の一部に不具合が見つかり、過去に行った検査結果に影響が出た可能性があるとのことでした。ただし、検査結果に影響が出た可能性は1万回に1回程度と極めて低い頻度であり、対象期間、対象項目も限定されております。下記の対象以外の検査は問題ありません。

皆様にはご迷惑、ご心配をおかけし申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

### 記

対象期間：2018年10月1日～2019年7月31日

対象項目：TSH, FT3, FT4, TG, 抗 Tg 抗体 , 抗 TPO 抗体、NT-proBNP、シフラ

万が一、影響があった場合の測定結果は、本来の値に比べ低い値になります。

上記対象期間にご受診された方につきまして、2020年3月末日までにご依頼頂きましたら無償で再検査を実施させていただきます。

お問い合わせ

メディカルスクエア奏の杜クリニック

電話 047-406-5000